

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

 CODIGO
 VIGENCIA
 VERSION
 01/22/2020
 2.8

EQUIPO CONTRAANGULO
 SERIE _____
 MARCA MTI-B
 MODELO 11115858
 ACCESORIO NO
 GARANTIA 1 AÑO
 F.INSTALACION _____
 REGISTRO INVIMA 2019DM-0004820



TIPO DE ADQUISICION	TIPO DE ADQUISICION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	MANTENIMIENTO
COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	AGUA <input checked="" type="checkbox"/>	MEDICO <input type="checkbox"/>	PROPIO <input checked="" type="checkbox"/>
COMODATO <input type="checkbox"/>	CORRECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	AIRE <input checked="" type="checkbox"/>	BASICO <input type="checkbox"/>	CONTRATADO <input type="checkbox"/>
DOMACION <input type="checkbox"/>	PREDICTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRICIDAD <input checked="" type="checkbox"/>	APOYO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>		
CUAL		CUAL		

UBICACION	CLASIFICACION BIOMEDICA	TECNOLOGIA PREDOMINANTE	RIESGO
FIJA <input type="checkbox"/>	DIAGNOSTICO <input type="checkbox"/>	MECANICO <input type="checkbox"/>	MUY ALTO RIESGO III <input type="checkbox"/>
MOVIL <input checked="" type="checkbox"/>	TRATAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRICO <input checked="" type="checkbox"/>	ALTO RIESGO II b <input checked="" type="checkbox"/>
	MANT. DE VIDA <input type="checkbox"/>	ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	MODERADO RIESGO II a <input type="checkbox"/>
	PREVENCION <input checked="" type="checkbox"/>	HIDRAULICO <input type="checkbox"/>	BAJO RIESGO I <input type="checkbox"/>
	REHABILITACION <input checked="" type="checkbox"/>	NEUMATICO <input type="checkbox"/>	

CARACTERISTICAS TECNICAS			FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO		
VOLTAGE <input type="checkbox"/>	PRESION <input type="checkbox"/>	40 PSI	3 MESES <input type="checkbox"/>	6 MESES <input type="checkbox"/>	12 MESES <input type="checkbox"/>
AMPARAJE <input type="checkbox"/>	VEL (RPM) <input type="checkbox"/>	22,000-27,000	4 MESES <input checked="" type="checkbox"/>		
POTENCIA <input type="checkbox"/>	TEMP ESTE <input type="checkbox"/>	135°			
FRECUENCIA <input type="checkbox"/>	PESO (g) <input type="checkbox"/>	74 GR			
BATERIA <input type="checkbox"/>	VIDA UTIL <input type="checkbox"/>	10 AÑOS			

DESCRIPCION, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Es un aparato de uso médico dental, que funciona con un micromotor neumático. Su composición es a base de rodamientos y bandas que van girando. Su uso queda reservado para los tejidos semiduros del diente como es el complejo dentino.
 Cuenta con triple vía de irrigación, ergonómica, press-button (PB), rodamientos cerámicos de alta duración. Ideal para cualquier prodecimiento dental.
 Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos, realizar cambio de rodamientos si es necesario. se puede esterilizar bajo 135° en bolsas individuales , no sumergir en líquido.

BIOMEDICO
I.D

Jorge Catro Hernandez
1043004456 de sabanalarga

Recibe
I.D
